100-326487-N-03

＊＊2011年12月19日改訂（第3版）
＊2010年 3 月10日改訂（第2版）

医療機器認証番号　21000BZY00019000

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器

管理医療機器　単回使用自動ランセット　37243002

BD ウルトラファインランセット

再使用禁止

【警告】
- 感染の危険性があるため、採血前に必ず穿刺部位の消毒をすること。
- 採血後は必ずばんそうこうで止血すること。
- 傷口が治りにくいときは、こまめに消毒すること。

【禁忌・禁止】
- 再使用禁止。一度使用したランセットは必ず廃棄すること。
- 保護キャップが外れている場合は使用しないこと。
［保護キャップを外さない限り、無菌性が保たれている。］

【形状・構造及び原理等】
〈針の寸法〉
外径
28G（0.36mm）
30G（0.30mm）
33G（0.20mm）

長さ
3.2mm（28G・30G・33G 共通）

〈針材質〉
ステンレス鋼

【使用目的、効能又は効果】
本品は、血糖測定を目的とした微量採血のために、採血用穿刺器具に取り付けて、手指を穿刺するためのランセットである。ガンマ線滅菌済みで、そのまま直ちに使用できる。

【品目仕様等】
JIS T 3257：2007 「単回使用自動ランセット」の 5.4 自動ランセットの設計、5.5 引抜き強さ

＊＊**【操作方法又は使用方法等】**
①本品を採血用穿刺器具（エースレット、エースレットⅡ等）のランセット装着部に確実に取り付け、保護キャップを回しながら外す。
②採血用穿刺器具（エースレット、エースレットⅡ等）の添付文書及び取扱説明書に従って採血を行なう。
③採血用穿刺器具（エースレット、エースレットⅡ等）から採血キャップを取り外し、針刺し損傷に注意してランセットを取り外し、速やかに、また安全に廃棄する。

【使用上の注意】
〈使用注意〉
- 医療行為以外には使用しないこと。
- 保護キャップが外れにくい場合は、無理に使用しないこと。
- 保護キャップが外れていたり、破損している場合は使用しないこと。
- 本体が破損していたり、針が曲がっている場合は使用しないこと。
- 保護キャップはねじりながら取り外すこと。その際、針にキャップが触れないよう注意すること。
- 併用する採血用穿刺器具について、患者個人の使用に限り、複数の患者に使用しないこと。
- 針刺し損傷に注意して使用すること。
- 使用済のランセットは安全な方法で速やかに廃棄すること。

〈重要な基本的注意〉
- 本品は必ず医師の指示に従って使用すること。
- ＊ 組織が薄い部位への穿刺を行うと、組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがあるため、添付文書上にある穿刺部位を守ること。
- ＊＊ 指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水でよく手を洗うこと。
- ＊＊ 果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるおそれがある。［アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告がある。］
- ＊＊ 以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがある。
  脱水状態
  ショック状態
  末梢循環障害

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
〈貯蔵・保管方法〉
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
小児の手の届かない場所に保管すること。
〈使用期限〉
使用期限は包装に記載。

【包装】
1 箱　28G：100 本入（25 本入 ×4 パック）
　　　30G：　25 本入
　　　　　　30 本入
　　　　　100 本入（25 本入 ×4 パック）
　　　　　120 本入（30 本入 ×4 パック）
　　　33G：100 本入（25 本入 ×4 パック）
　　　　　120 本入（30 本入 ×4 パック）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
〒960-2152 福島県福島市土船字五反田1番地
TEL：0120-8555-90（カスタマーサービス）
外国製造業者：
ベクトン・ディッキンソン アンド カンパニー
（Becton, Dickinson and Company）
国名：アイルランド

【販売業者の名称及び住所】

製品の取扱いに関するお問い合わせは、三和化学研究所へ
フリーダイヤル
0120-07-8130（ハイサンワ）
お問い合わせは365日24時間お受けいたします。